Dokumentation Kalibrierbewertung pH-Elektrode

Datum	Asymmetrie [mV]	Steilheit [mv/pH]	Dauer Kalibrierung [s] (von pH 7 auf pH 4)

Bewertung	Asymmetrie [mV]
sehr gut	-15 ... +15
gut	-20 ...+20
in Ordnung	-25 ... +25
mäßig	-30 ... +30
schlecht	< -30 bzw. > +30

Bewertung	Steilheit [mV/pH]
sehr gut	-60,5 ... -58
gut	-58 ... -57
in Ordnung	-61 ... -60,5 bzw. -57 ... -56
mäßig	-62 ... -61 bzw. -56 ... -50
schlecht	< -62 bzw. > -50

Gefördert durch:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.